

Clean-test EO

Indicador Biológico para Esterilização a Óxido de Etileno (ETO)



Certificado de Qualidade

Este lote de Indicadores Biológicos Clean-test EO encontra-se dentro das especificações da Clean-up para este produto quando analisados sob nossos padrões de liberação.

Todas as unidades de Clean-test EO são fabricadas de acordo com a norma ISO 11138-2 (Sterilization of health care products -- Biological indicators -- Part 2: Biological indicators for ethylene oxide sterilization processes) ISO 18472.

Organismo: *Bacillus atrophaeus* ATCC: 9372

Lote: N34600

Expiração: 27/04/2018

***População (média/fita) = $1,1 \times 10^6$ UFC**

*** Valor D EO (600mg/L, 54°C, 60% RH): 3,2 minutos**

Condição	Sobrevivência	Morte
Valor D EO (600mg/L, 54°C, 60% RH)	13,0 min.	32,1 min.

*Determinado durante a fabricação.

Thiago José Pelissari

Qualidade Assegurada
Técnico Responsável
CRQ 09202480 - IX Região

Fabricado por: Clean-up Brazil Biotecnologia Ltda.
Rua Maria Olímpia Jardim, 736 – Campo Mourão – PR
CEP 87309-185 – CNPJ 05.161.206/0001-17
Tel: (44) 3017-1588

