



CERTIFICADO DE QUALIDADE

Certificamos que o Indicador Químico Clean Test Bowie & Dick pacote pronto, fabricado por Clean Up Brazil Biotecnologia Ltda., cumpre os requisitos de um Indicador para Teste Específico, Tipo 2 (Classe 2) de acordo com o padrão internacional ISO 11140-1 :2014 – Requisitos Gerais, e os requisitos descritos em ISO 11140-4:2007- Indicadores Classe 2. O certificado é limitado para o uso em processo de esterilização a vapor para simulação de 7kg em temperatura 134°C por 3,5 min.

Lote: CL2160320

Data de fabricação: 16/03/2020

Data de expiração: 16/03/2022

O presente produto não oferece riscos físicos ou a saúde sob condições normais de uso.

Atenciosamente,

Daniel D. Gruchinski
CRQ IX Região nº 09203188
Responsável Técnico
CLEAN-UP BRAZIL BIOTECNOLOGIA LTDA
ISO 9001:2008 - Certified Quality System

19 de Março de 2020