



CERTIFICADO DE QUALIDADE

Certificamos aqui que o indicador químico Integrador Clean Test, fabricado por Clean Up Brazil Biotecnologia Ltda., cumpre os requisitos de um indicador Integrador Tipo 5 de acordo com o padrão internacional ISO 11140-1:2014 Sterilization of health care products — Chemical indicators — Part 1: General requirements. O certificado é limitado para o uso em processo de esterilização a vapor em temperaturas de 121°C a 135°C.

Lote: CLIT3821

Data de fabricação: 20/09/2021

Data de expiração: 20/09/2023

O presente produto não oferece riscos físicos ou a saúde sob condições normais de uso.

Atenciosamente,

A handwritten signature in blue ink that reads "Daniel Gruchinski".

Daniel D. Gruchinski
CRQ IX Região nº 09203188
Responsável Técnico
CLEAN-UP BRAZIL BIOTECNOLOGIA LTDA
ISO 9001:2015 - Certified Quality System

23 de Setembro de 2021.