



## CERTIFICADO DE QUALIDADE

Certificamos que o Indicador Químico Clean Test Tipo 4, fabricado por Clean Up Brazil Biotecnologia Ltda., cumpre os requisitos de um indicador multiparâmetro Tipo 4 de acordo com o padrão internacional ISO 11140-1:2014 *Sterilization of health care products — Chemical indicators — Part 1: General requirements*. O certificado é limitado para o uso em processo de esterilização a vapor em temperaturas de 121°C a 134°C.

**Lote:** CLMP4121

**Data de fabricação:** 11/10/2021

**Data de expiração:** 11/10/2024

O presente produto não oferece riscos físicos ou a saúde sob condições normais de uso.

Atenciosamente,

Daniel D. Gruchinski  
CRQ IX Região nº 09203188  
Responsável Técnico  
CLEAN-UP BRAZIL BIOTECNOLOGIA LTDA  
ISO 9001:2015 - Certified Quality System

15 de Outubro de 2021