



## CERTIFICADO DE QUALIDADE

Certificamos aqui que o Pacote de Teste Desafio PCD – DUO 3 horas, fabricado por Clean Up Brazil Biotecnologia Ltda., está de acordo com o desafio recomendado pela AAMI ST-79. O Indicador Químico que compõem o pacote cumpre os requisitos de um indicador Integrador Tipo 5 (Classe 5) de acordo com o padrão internacional ISO 11140-1:2014 *Sterilization of health care products — Chemical indicators — Part 1: General requirements*. O Indicador Biológico Clean Test 3 horas que compõem o pacote, fabricado por Clean Up Brazil Biotecnologia Ltda., cumpre os requisitos estabelecidos de acordo com o padrão internacional ISO 11138-1:2017 *Sterilization of health care products — Biological indicators — Part 1: General requirements* e ISO 11138-3:2017 *Sterilization of health care products — Biological indicators — Part 3: Biological indicators for moist heat sterilization processes*. O certificado é limitado para o uso em processo de esterilização a vapor em temperaturas de 121°C a 134°C.

**Lote:** BQSH3ST3521-588

**Data de Fabricação:** 07/06/2022

**Data de Expiração:** 02/09/2023

O presente produto não oferece riscos físicos ou a saúde sob condições normais de uso.

Atenciosamente,

A handwritten signature in blue ink that reads "Daniel Gruchinski".

Daniel D. Gruchinski  
CRQ IX Região nº 09203188  
Responsável Técnico  
CLEAN-UP BRAZIL BIOTECNOLOGIA LTDA  
ISO 9001:2015 - Certified Quality System

07 de Junho de 2022