

Clean-test

Indicador Biológico para Esterilização a Vapor Leitura Rápida – 3 horas



Certificado de Qualidade

Este lote de Indicadores Biológicos Clean-test encontra-se dentro das especificações da Clean-up para este produto quando analisados sob nossos padrões de liberação.

Todas as unidades de Clean-test são fabricadas de acordo com as normas USP, EN 866, ISO 11138, AAMI ST59 e AAMI ST19.

Indicador Biológico para uso em processos de esterilização a vapor a 121° a 134°C.

Organismo: *Geobacillus stearothermophilus* ATCC: 7953

Lote: 2022-08

Expiração: 03/08/2022

*População (média/fita):	1,3 x 10 ⁶	UFC
*Valor de D (121°C):	1,8	min
*Valor de D (132°C)	0,19	min
*Valor de D (134°C):	0,12	min
*Valor de Z (110°C e 130°C):	11,1	°C

Dados de resistência	Sobrevivência	Morte
Vapor Saturado a 121°C	7,4 min.	18,2 min.
Vapor Saturado a 132°C	0,78 min.	1,92 min.
Vapor Saturado a 134°C	0,49 min.	1,21 min.

*Determinado durante a fabricação.

Daniel Davi Gruchinski

Qualidade Assegurada
Técnico Responsável
CRQ 09203188 - IX Região

Fabricado por: Clean-up Brazil Biotecnologia Ltda.
Rua Maria Olímpia Jardim, 736 – Campo Mourão-PR
CEP 87309-185 – CNPJ 05.161.206/0001-17
Tel: (44) 3017-1588

