

Clean-test EO

Indicador Biológico para Esterilização a Óxido de Etileno (ETO)



Certificado de Qualidade

Este lote de Indicadores Biológicos Clean-test EO encontra-se dentro das especificações da Clean-up para este produto quando analisados sob nossos padrões de liberação.

Todas as unidades de Clean-test EO são fabricadas de acordo com a norma ISO 11138-2 (Sterilization of health care products -- Biological indicators -- Part 2: Biological indicators for ethylene oxide sterilization processes) ISO 18472.

Organismo: *Bacillus atrophaeus* ATCC: 9372

Lote: A42-17

Expiração: 05/07/2024

***População (média/fita) = $1,7 \times 10^6$ UFC**

*** Valor D EO (600mg/L, 54°C, 60% RH): 3,0 minutos**

Condição	Sobrevivência	Morte
Valor D EO (600mg/L, 54°C, 60% RH)	12,7 min.	30,6 min.

*Determinado durante a fabricação.

Data de emissão: 12/08/2022

Daniel Davi Gruchinski

Qualidade Assegurada
Técnico Responsável
CRQ 09203188 - IX Região

Fabricado por: Clean-up Brazil Biotecnologia Ltda.
Rua Maria Olímpia Jardim, 736 – Campo Mourão – PR
CEP 87309-185 – CNPJ 05.161.206/0001-17
Tel: (44) 3017-1588

