

**Fita Adesiva Para Peróxido de Hidrogênio (VH<sub>2</sub>O<sub>2</sub>)  
Indicador Químico – Tipo 1**

**Certificado de Qualidade**



Indicador Químico tipo 1 para utilização em processos de esterilização por Peróxido de Hidrogênio vaporizado – VH<sub>2</sub>O<sub>2</sub>.

Certificamos aqui que este lote de Fita Adesiva para Peróxido de Hidrogênio vaporizado – VH<sub>2</sub>O<sub>2</sub> é produzido de acordo com a norma ISO 11140-1.

Produto isento de registro no M.S. Conforme RDC 185/2001 - Produtos não considerados "produtos para a saúde".

Livre de chumbo.

Apresentação: Medidas – 19mm x 50 m

**Lote:** CLFPH0222

**Fabricação:** 10/01/2022

**Expiração:** 10/01/2024

A handwritten signature in blue ink that reads "Daniel Guastinski".

---

Qualidade Assegurada  
Técnico Responsável  
CRQ 09203188 - IX Região

---

Fabricado por: Clean-up Brazil Biotecnologia Ltda.  
Rua Maria Olímpia Jardim, 736 – Campo Mourão-PR  
CEP 87309-185 – CNPJ 05.161.206/0001-17  
Tel: (44) 3017-1588