

**Fita Adesiva Para Peróxido de Hidrogênio (VH₂O₂)
Indicador Químico – Tipo 1**

Certificado de Qualidade



Indicador Químico tipo 1 para utilização em processos de esterilização por Peróxido de Hidrogênio vaporizado – VH₂O₂.

Certificamos aqui que este lote de Fita Adesiva para Peróxido de Hidrogênio vaporizado – VH₂O₂ é produzido de acordo com a norma ISO 11140-1.

Produto isento de registro no M.S. Conforme RDC 185/2001 - Produtos não considerados "produtos para a saúde".

Livre de chumbo.

Apresentação: Medidas – 19mm x 50 m

Lote: CLFPH1522

Fabricação: 14/04/2022

Expiração: 14/04/2024

A handwritten signature in blue ink that reads "Daniel Guastinski".

Qualidade Assegurada
Técnico Responsável
CRQ 09203188 - IX Região

Fabricado por: Clean-up Brazil Biotecnologia Ltda.
Rua Maria Olímpia Jardim, 736 – Campo Mourão-PR
CEP 87309-185 – CNPJ 05.161.206/0001-17
Tel: (44) 3017-1588