

Clean-test
Indicador Biológico para Esterilização a Vapor
Certificado de Qualidade



Este lote de Indicadores Biológicos Clean-test encontra-se dentro das especificações da Clean-up para este produto quando analisados sob nossos padrões de liberação.

Todas as unidades de Clean-test são fabricadas de acordo com as normas USP e ISO 11138.

Indicador Biológico para uso em processos de esterilização a vapor a 121° e 134°C.

Organismo: *Geobacillus stearothermophilus* ATCC: 7953

Lote: CLST2922

Expiração: 19/07/2024

*População (média/fita):	2,8 x 10 ⁵	UFC
*Valor de D (121°C):	1,6	min
*Valor de D (128°C)	0,24	min
*Valor de D (134°C):	0,12	min
*Valor de Z (121°C; 128°C; 134°C):	11,44	°C

Dados de resistência	Sobrevivência	Morte
Vapor Saturado a 121°C	5,5 min.	15,1 min.
Vapor Saturado a 128°C	0,8 min.	2,3 min.
Vapor Saturado a 134°C	0,41 min.	1,13 min.

*Determinado durante a fabricação.

Data de emissão: 02/08/2022

Daniel Davi Gruchinski

Qualidade Assegurada
Técnico Responsável
CRQ 09203188 - IX Região

Fabricado por: Clean-up Brazil Biotecnologia Ltda.
Rua Maria Olímpia Jardim, 736 – Campo Mourão-PR
CEP 87309-185 – CNPJ 05.161.206/0001-17
Tel: (44) 3017-1588

