

Clean-test

Indicador Biológico para Esterilização a Peróxido de Hidrogênio



Certificado de Qualidade

Este lote de Indicadores Biológicos Clean-test encontra-se dentro das especificações da Clean-up para este produto quando analisados sob nossos padrões de liberação.

Todas as unidades de Clean-test são fabricadas de acordo com as normas USP e ISO 11138.

Indicador Biológico para uso em processos de esterilização a Peróxido de Hidrogênio.

Organismo: *Geobacillus stearothermophilus* ATCC: 7953

Lote: S782-10

Expiração: 10/05/2024

***População (média/fita):** 2,4 x 10⁶ UFC

***Valor de D (H₂O₂ 50°C +/- 5°C, 2,3 +/- 0,4 mg/L):** 2,4 min

Dados de resistência	Sobrevivência	Morte
H ₂ O ₂ 55°C +/- 5°C, 2,3 +/- 0,4 mg/L	10,6 min.	24,9 min.

*Determinado durante a fabricação.

Emissão do certificado: 12/08/2022

Daniel Davi Gruchinski

Qualidade Assegurada
Técnico Responsável
CRQ 09203188 - IX Região

Fabricado por: Clean-up Brazil Biotecnologia Ltda.
Rua Maria Olímpia Jardim, 736 – Campo Mourão-PR
CEP 87309-185 – CNPJ 05.161.206/0001-17
Tel: (44) 3017-1588

