

## Clean-test

### Indicador Biológico para Esterilização a Peróxido de Hidrogênio



### Certificado de Qualidade

Este lote de Indicadores Biológicos Clean-test encontra-se dentro das especificações da Clean-up para este produto quando analisados sob nossos padrões de liberação.

Todas as unidades de Clean-test são fabricadas de acordo com as normas USP e ISO 11138.

Indicador Biológico para uso em processos de esterilização a Peróxido de Hidrogênio.

**Organismo:** *Geobacillus stearothermophilus* ATCC: 7953

**Lote:** S782-4

**Expiração:** 18/02/2024

**\*População (média/fita):** 2,2 x 10<sup>6</sup> UFC

**\*Valor de D (H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> 50°C +/- 5°C, 2,3 +/- 0,4 mg/L):** 2,4 min

Dados de resistência	Sobrevivência	Morte
H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> 55°C +/- 5°C, 2,3 +/- 0,4 mg/L	10,5 min.	24,8 min.

\*Determinado durante a fabricação.

Emissão do certificado: 08/07/2022

*Daniel Davi Gruchinski*

Qualidade Assegurada  
Técnico Responsável  
CRQ 09203188 - IX Região

Fabricado por: Clean-up Brazil Biotecnologia Ltda.  
Rua Maria Olímpia Jardim, 736 – Campo Mourão-PR  
CEP 87309-185 – CNPJ 05.161.206/0001-17  
Tel: (44) 3017-1588

