

Teste de Detecção de Proteína Residual

Certificado de Qualidade



Este lote de teste de detecção de proteína encontra-se dentro das especificações da empresa Clean-up para este produto quando analisados sob nossos padrões de liberação.

Teste de detecção de proteína para uso de verificação da limpeza em instrumentais, bancadas e objetos em geral.

Lote: CLDP2822-1

Fabricação: 11/07/2022

Validade: 24 meses em temperatura refrigerada (02 °C a 10 °C) e 06 meses em temperatura ambiente (11 °C a 25 °C).

Sensibilidade do teste: 0,1 µg.

Data de emissão: 13/07/2022

Daniel Davi Gruchinski

Qualidade Assegurada
Técnico Responsável
CRQ 09203188 - IX Região

Fabricado por: Clean-up Brazil Biotecnologia Ltda.
Rua Maria Olímpia Jardim, 736 – Campo Mourão-PR
CEP 87309-185 – CNPJ 05.161.206/0001-17
Tel: (44) 3017-1588

