



CERTIFICADO DE QUALIDADE

Certificamos que o Indicador Químico Clean Test Tipo 4, fabricado por Clean Up Brazil Biotecnologia Ltda., cumpre os requisitos de um indicador multiparâmetro Tipo 4 de acordo com o padrão internacional ISO 11140-1:2014 *Sterilization of health care products — Chemical indicators — Part 1: General requirements*. O certificado é limitado para o uso em processo de esterilização a vapor em temperaturas de 121°C a 134°C.

Lote: CLMP0323

Data de fabricação: 16/01/2023

Data de expiração: 16/01/2026

O presente produto não oferece riscos físicos ou a saúde sob condições normais de uso.

Atenciosamente,

Daniel D. Gruchinski
CRQ IX Região nº 09203188
Responsável Técnico
CLEAN-UP BRAZIL BIOTECNOLOGIA LTDA
ISO 9001:2015 - Certified Quality System

23 de janeiro de 2023