



CERTIFICADO DE QUALIDADE

Certificamos aqui que este lote de Fita Adesiva para Peróxido de Hidrogênio vaporizado – VH₂O₂, fabricado por Clean Up Brazil Biotecnologia Ltda., cumpre os requisitos de um indicador Tipo 1 de acordo com o padrão internacional ISO 11140-1:2014 Sterilization of health care products — Chemical indicators — Part 1: General requirements. O certificado é limitado para o uso em processo de esterilização a peróxido de hidrogênio.

Lote: CLFPH3223

Data de fabricação: 10/08/2023

Data de expiração: 10/08/2025

Armazenamento:

	Temperatura: 15 °C a 30 °C.		Umidade relativa: 35 % a 60 %.
	Mantenha em local seco, sem condensação.		Mantenha protegido de agentes esterilizantes, luzes solares, radiação, etc.

Para fins de registro, os requisitos de armazenamento devem ser respeitados também após o processamento do mesmo.

O presente produto não oferece riscos físicos ou a saúde sob condições normais de uso.

Isento de registro/cadastro conforme Instrução Normativa nº 2 de 31 de maio 2011

Livre de chumbo.

Atenciosamente,

Daniel D. Gruchinski
CRQ IX Região nº 09203188
Responsável Técnico
CLEAN-UP BRAZIL BIOTECNOLOGIA LTDA
ISO 9001:2015 - Certified Quality System

20 de setembro de 2023.