

Clean-test

Indicador Biológico para Esterilização a Vapor

Certificado de Qualidade



Este lote de Indicadores Biológicos Clean-test encontra-se dentro das especificações da Clean-up para este produto quando analisados sob nossos padrões de liberação.

Todas as unidades de Clean-test são fabricadas de acordo com as normas USP, EN 866, ISO 11138, AAMI ST59 e AAMI ST19.

Indicador Biológico para uso em processos de esterilização a Vapor Baixa Temperatura e Formaldeído.

Organismo: *Geobacillus stearothermophilus* ATCC: 7953

Lote: S777-2

Expiração: 16/03/2024

***População (média/fita):** $1,4 \times 10^6$ **UFC**

***Valor de D (Vapor de Formaldeído 1 mol/60 °C):** 5,9 **min**

Dados de resistência	Sobrevivência	Morte
Vapor de Formaldeído 1 mol/60 °C	24,5 min.	59,8 min.

*Determinado durante a fabricação.

Data de emissão: 08/07/2022

Daniel Davi Gruchinski

Qualidade Assegurada
Técnico Responsável
CRQ 09203188 - IX Região

Fabricado por: Clean-up Brazil Biotecnologia Ltda.
Rua Maria Olímpia Jardim, 736 – Campo Mourão-PR
CEP 87309-185 – CNPJ 05.161.206/0001-17
Tel: (44) 3017-1588

