



## CERTIFICADO DE QUALIDADE

Certificamos aqui que o indicador químico Integrador Pastilha Clean Test, distribuído por Clean Up Brazil Biotecnologia Ltda., cumpre os requisitos de um indicador Integrador Tipo 5 de acordo com o padrão internacional ISO 11140-1:2014 Sterilization of health care products — Chemical indicators — Part 1: General requirements. O certificado é limitado para o uso em processo de esterilização a vapor em temperaturas de 121°C a 135°C.

**Lote:** CLITP1823

**Data de fabricação:** 02/05/2023

**Data de expiração:** 02/05/2028

### Armazenamento:

	Temperatura: 02 °C a 30 °C.		Umidade relativa: 40 % a 60 %.
	Mantenha em local seco, sem condensação.		Mantenha protegido de agentes esterilizantes, luzes solares, radiação, etc.

O presente produto não oferece riscos físicos ou a saúde sob condições normais de uso.

Isento de registro/cadastro conforme Instrução Normativa n° 2 de 31 de maio 2011

Atenciosamente,

Daniel D. Gruchinski  
CRQ IX Região n° 09203188  
Responsável Técnico  
CLEAN-UP BRAZIL BIOTECNOLOGIA LTDA  
ISO 9001:2015 - Certified Quality System

02 de Outubro de 2023.