



## CERTIFICADO DE QUALIDADE

Certificamos que o Indicador Químico Clean Test Detecção de Proteína Residual, fabricado por Clean Up Brazil Biotecnologia Ltda., está em conformidade com as normas AAMI ST79 Anexo D e ISO 15883 para a monitorização do processo de limpeza. O produto Detecção de Proteína Residual possui uma sensibilidade de 1 µg e este lote atende todos os requisitos de qualidade definidos para utilização.

**Lote:** CLDP4523

**Data de fabricação:** 10/11/2023

**Data de expiração:** 10/11/2025

**Em caso de armazenamento do produto em ambiente não refrigerado (11 °C a 25 °C), considerar apenas 6 meses de validade após a data de fabricação.**

### Armazenamento:

	Temperatura: 2 °C a 10 °C.		Umidade relativa: 30 % a 70 %.
	Mantenha em local seco, sem condensação.		Mantenha protegido de agentes esterilizantes, luzes solares, radiação, etc.

**Aqui estão informadas as condições ideais de armazenamento para obter um prazo de validade de 24 meses.**

O presente produto não oferece riscos físicos ou a saúde sob condições normais de uso. Para maiores informações, solicite a FISPQ do produto através de [sac@cleanupbrazil.com.br](mailto:sac@cleanupbrazil.com.br).

Isento de registro/cadastro conforme Instrução Normativa nº 2 de 31 de maio 2011

Atenciosamente,

Daniel D. Gruchinski  
CRQ IX Região nº 09203188  
Responsável Técnico  
CLEAN-UP BRAZIL BIOTECNOLOGIA LTDA  
ISO 9001:2015 - Certified Quality System

10 de Novembro de 2023