



CERTIFICADO DE QUALIDADE

Certificamos que o Indicador Químico Clean Test Detecção de Proteína Residual, fabricado por Clean Up Brazil Biotecnologia Ltda., está em conformidade com as normas AAMI ST79 Anexo D e ISO 15883 para a monitorização do processo de limpeza. O produto Detecção de Proteína Residual possui uma sensibilidade de 1 µg e este lote atende todos os requisitos de qualidade definidos para utilização.

Lote: CLDP1724

Data de fabricação: 23/04/2024

Data de expiração: 23/04/2026

Em caso de armazenamento do produto em ambiente não refrigerado (11 °C a 25 °C), considerar apenas 6 meses de validade após a data de fabricação.

Armazenamento:

	Temperatura: 2 °C a 10 °C.		Umidade relativa: 30 % a 70 %.
	Mantenha em local seco, sem condensação.		Mantenha protegido de agentes esterilizantes, luzes solares, radiação, etc.

Aqui estão informadas as condições ideais de armazenamento para obter um prazo de validade de 24 meses.

O presente produto não oferece riscos físicos ou a saúde sob condições normais de uso. Para maiores informações, solicite a FISPQ do produto através de sac@cleanupbrazil.com.br.

Isento de registro/cadastro conforme Instrução Normativa nº 2 de 31 de maio 2011

Atenciosamente,

Daniel D. Gruchinski
CRQ IX Região nº 09203188
Responsável Técnico
CLEAN-UP BRAZIL BIOTECNOLOGIA LTDA
ISO 9001:2015 - Certified Quality System

30 de Abril de 2024