



## CERTIFICADO DE QUALIDADE





Certificamos aqui que este lote de Fita Adesiva para Óxido de Etileno vaporizado – EO, fabricado por Clean Up Brazil Biotecnologia Ltda., cumpre os requisitos de um indicador Tipo 1 de acordo com o padrão internacional ISO 11140-1:2014 Sterilization of health care products — Chemical indicators — Part 1: General requirements. O certificado é limitado para o uso em processo de esterilização a óxido de etileno.

**Lote:** CLFEO2524

**Data de fabricação:** 19/06/2024

**Data de expiração:** 19/06/2026

### Armazenamento:

	Temperatura: 15 °C a 30 °C.		Umidade relativa: 20 % a 80 %.
	Mantenha em local seco, sem condensação.		Mantenha protegido de agentes esterilizantes, luzes solares, radiação, etc.

Para fins de registro, os requisitos de armazenamento devem ser respeitados também após o processamento do mesmo.

O presente produto não oferece riscos físicos ou a saúde sob condições normais de uso.

Isento de registro/cadastro conforme Instrução Normativa nº 2 de 31 de maio 2011

Livre de chumbo.

Atenciosamente,

**Daniel Davi Gruchinski**

Técnico Responsável

CRQ 09203188 - IX Região

CLEAN-UP BRAZIL BIOTECNOLOGIA LTDA

ISO 9001:2015 - Certified Quality System

01 de Agosto de 2024.

Este documento foi gerado eletronicamente, sendo válido sem uma assinatura.