



CERTIFICADO DE QUALIDADE

Certificamos aqui que o Pacote de Teste Desafio PCD Integrator, fabricado por Clean Up Brazil Biotecnologia Ltda., está de acordo com o desafio recomendado pela AAMI ST-79. O Indicador Químico Clean Test que compõem o pacote cumpre os requisitos de um indicador Integrador Tipo 5 (Classe 5) de acordo com o padrão internacional ISO 11140-1:2014 *Sterilization of health care products — Chemical indicators — Part 1: General requirements*. O certificado é limitado para o uso em processo de esterilização a vapor em temperaturas de 121°C a 134°C.

Lote: IQ1823-N

Data de Fabricação: 02/05/2023

Data de expiração: 02/05/2028

O presente produto não oferece riscos físicos ou a saúde sob condições normais de uso.

Atenciosamente,

A handwritten signature in blue ink that reads "Daniel Gruchinski".

Daniel D. Gruchinski
CRQ IX Região nº 09203188
Responsável Técnico
CLEAN-UP BRAZIL BIOTECNOLOGIA LTDA
ISO 9001:2015 - Certified Quality System

18 de Outubro de 2024