



CERTIFICADO DE QUALIDADE

Certificamos aqui que este lote de Fita Adesiva para Peróxido de Hidrogênio vaporizado – VH₂O₂, fabricado por Clean Up Brazil Biotecnologia Ltda., cumpre os requisitos de um indicador Tipo 1 de acordo com o padrão internacional ISO 11140-1:2014 Sterilization of health care products — Chemical indicators — Part 1: General requirements. O certificado é limitado para o uso em processo de esterilização a peróxido de hidrogênio.

Atualmente, este produto encontra-se testado e aprovado nos equipamentos CISA® BBRASILE, BAUMER® PHB, STERRAD™ 100S e STERRAD™ 100NX. Para demais equipamentos esterilizadores VH₂O₂ solicitar amostras para testes no equipamento e avaliar sua compatibilidade.

Lote: CLFPH0424

Data de fabricação: 23/01/2024

Data de expiração: 23/01/2026

Armazenamento:

	Temperatura: 15 °C a 30 °C.		Umidade relativa: 35 % a 60 %.
	Mantenha em local seco, sem condensação.		Mantenha protegido de agentes esterilizantes, luzes solares, radiação, etc.

Para fins de registro, os requisitos de armazenamento devem ser respeitados também após o processamento do mesmo.

O presente produto não oferece riscos físicos ou a saúde sob condições normais de uso.

Isento de registro/cadastro conforme Instrução Normativa nº 2 de 31 de maio 2011

Livre de chumbo.

Certificado emitido em: 28 de Fevereiro de 2024

Daniel Davi Gruchinski

Técnico Responsável
CRQ 09203188 - IX Região

ISO 9001:2015 - Certified Quality System

Este documento foi gerado eletronicamente, sendo válido sem uma assinatura.