



CERTIFICADO DE QUALIDADE

Certificamos aqui que o indicador químico Integrador Clean Test, fabricado por Clean Up Brazil Biotecnologia Ltda., cumpre os requisitos de um indicador Integrador Tipo 5 de acordo com o padrão internacional ISO 11140-1:2014 Sterilization of health care products — Chemical indicators — Part 1: General requirements. O certificado é limitado para o uso em processo de esterilização a vapor em temperaturas de 121°C a 134°C. Produto atóxico e isento de chumbo.

Lote: CLIT2625

Data de fabricação: 24/06/2025

Data de expiração: 24/06/2027

Armazenamento:

	Temperatura: 10 °C a 32 °C.		Umidade relativa: 20 % a 80 %.
	Mantenha em local seco, sem condensação.		Mantenha protegido de agentes esterilizantes, luzes solares, radiação, etc.

Para fins de registro, os requisitos de armazenamento devem ser respeitados também após o processamento do mesmo.

O presente produto não oferece riscos físicos ou a saúde sob condições normais de uso.

Isento de registro/cadastro conforme Instrução Normativa nº 2 de 31 de maio 2011

Atenciosamente,

Daniel Davi Gruchinski

Técnico Responsável

CRQ 09203188 - IX Região

Este documento foi gerado eletronicamente, sendo válido sem uma assinatura.

25 de Julho de 2025.