



CERTIFICADO DE QUALIDADE

Certificamos aqui que este lote de Indicador Químico Circular Adesivo EO Clean Test, fabricado por Clean Up Brazil Biotecnologia Ltda., cumpre os requisitos de um indicador Tipo 1 de acordo com o padrão internacional ISO 11140-1:2014 Sterilization of health care products — Chemical indicators — Part 1: General requirements. O certificado é limitado para o uso em processo de esterilização a óxido de etileno.

Lote: CLEO11425

Data de fabricação: 02/04/2025

Data de expiração: 02/04/2027

Armazenamento:

	Temperatura: 10 °C a 32 °C.		Umidade relativa: 20 % a 80 %.
	Mantenha em local seco, sem condensação.		Mantenha protegido de agentes esterilizantes, luzes solares, radiação, etc.

Para fins de registro, os requisitos de armazenamento devem ser respeitados também após o processamento do mesmo.

O presente produto não oferece riscos físicos ou a saúde sob condições normais de uso.

Isento de registro/cadastro conforme Instrução Normativa nº 2 de 31 de maio 2011.

Produto atóxico e isento de chumbo.

Certificado emitido em: 02 de Abril de 2025

Daniel Davi Gruchinski

Técnico Responsável

CRQ 09203188 - IX Região

ISO 9001:2015 - Certified Quality System

Este documento foi gerado eletronicamente, sendo válido sem uma assinatura.