



CERTIFICADO DE QUALIDADE

Certificamos que o Indicador Químico Clean Test Bowie & Dick pacote pronto, fabricado por Clean Up Brazil Biotecnologia Ltda., cumpre os requisitos de um Indicador para Teste Específico, Tipo 2 de acordo com o padrão internacional ISO 11140-1:2014 – Esterilização de produtos de saúde — Indicadores químicos — Requisitos Gerais, e os requerimentos descritos em ISO 11140-4:2007- Esterilização de produtos de saúde — Indicadores químicos — Parte 4: Indicadores classe 2 como alternativa ao teste tipo Bowie e Dick para detecção de penetração de vapor. O certificado é limitado para o uso em processo de esterilização a vapor para simulação de um teste padrão de 7kg em temperatura 134°C por 3,5 - 4 min.

Lote: CLBD4925

Data de fabricação: 01/12/2025

Data de expiração: 01/12/2027

Armazenamento:

	Temperatura: 15 °C a 32 °C.		Umidade relativa: 30 % a 70 %.
	Mantenha em local seco, sem condensação.		Mantenha protegido de agentes esterilizantes, luzes solares, radiação, etc.

Para fins de registro, os requisitos de armazenamento devem ser respeitados também após o processamento do mesmo.

O presente produto não oferece riscos físicos ou a saúde sob condições normais de uso.

Isento de registro/cadastro conforme Instrução Normativa nº 2 de 31 de maio 2011

Produto atóxico e isento de chumbo.

Atenciosamente,

Daniel Davi Gruchinski
Técnico Responsável
CRQ 09203188 - IX Região
CLEAN-UP BRAZIL BIOTECNOLOGIA LTDA
ISO 9001:2015 - Certified Quality System

16 de Dezembro de 2025.

Este documento foi gerado eletronicamente, sendo válido sem uma assinatura.