



CERTIFICADO DE QUALIDADE

Certificamos que o Indicador Químico Clean Test Detecção de Proteína Residual, fabricado por Clean Up Brazil Biotecnologia Ltda., está em conformidade com as normas AAMI ST79 Anexo D e ISO 15883 para a monitorização do processo de limpeza. O produto Detecção de Proteína Residual possui uma sensibilidade de 1 µg e este lote atende todos os requisitos de qualidade definidos para utilização. Produto atóxico e isento de chumbo.

Lote: CLDP1026

Data de fabricação: 02/03/2026

Data de expiração: 02/03/2028

Em caso de armazenamento do produto em ambiente não refrigerado (11 °C a 25 °C), considerar apenas 6 meses de validade após a data de fabricação.

Armazenamento:

	Temperatura: 2 °C a 10 °C.		Umidade relativa: 30 % a 70 %.
	Mantenha em local seco, sem condensação.		Mantenha protegido de agentes esterilizantes, luzes solares, radiação, etc.

Aqui estão informadas as condições ideais de armazenamento para obter um prazo de validade de 24 meses.

O presente produto não oferece riscos físicos ou a saúde sob condições normais de uso. Para maiores informações, solicite a FISPQ do produto através de sac@cleanupbrazil.com.br.

Produto isento de registro. Não enquadrado como Dispositivo Médico conforme RDC ANVISA nº 751/2022.

Produto atóxico e isento de chumbo.

Atenciosamente,

Daniel Davi Gruchinski

Técnico Responsável

CRQ 09203188 - IX Região

CLEAN-UP BRAZIL BIOTECNOLOGIA LTDA

ISO 9001:2015 - Certified Quality System

04 de Março de 2026.

Este documento foi gerado eletronicamente, sendo válido sem uma assinatura.