



## CERTIFICADO DE QUALIDADE

Certificamos que o Indicador Químico Clean Test Bowie & Dick pacote pronto, fabricado por Clean Up Brazil Biotecnologia Ltda., cumpre os requisitos de um Indicador para Teste Específico, Tipo 2 de acordo com o padrão internacional ISO 11140-1:2014 – Esterilização de produtos de saúde — Indicadores químicos — Requisitos Gerais, e os requerimentos descritos em ISO 11140-4:2007- Esterilização de produtos de saúde — Indicadores químicos — Parte 4: Indicadores classe 2 como alternativa ao teste tipo Bowie e Dick para detecção de penetração de vapor. O certificado é limitado para o uso em processo de esterilização a vapor para simulação de um teste padrão de 7kg em temperatura 134°C por 3,5.

**Lote:** CLBD1126

**Data de fabricação:** 10/03/2026

**Data de expiração:** 10/03/2028

### Armazenamento:

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  | Temperatura: 15 °C a 32 °C.              |  | Umidade relativa: 30 % a 70 %.  |
|  | Mantenha em local seco, sem condensação. |  | Mantenha protegido de agentes esterilizantes, luzes solares, radiação, etc. |

Para fins de registro, os requisitos de armazenamento devem ser respeitados também após o processamento do mesmo.

O presente produto não oferece riscos físicos ou a saúde sob condições normais de uso.

Produto de uso profissional.

Produto isento de registro. Não enquadrado como Dispositivo Médico conforme RDC ANVISA nº 751/2022.

Produto atóxico e isento de chumbo.

Atenciosamente,

Daniel Davi Gruchinski  
Técnico Responsável  
CRQ 09203188 - IX Região  
CLEAN-UP BRAZIL BIOTECNOLOGIA LTDA  
ISO 9001:2015 - Certified Quality System

24 de Março de 2026.

Este documento foi gerado eletronicamente, sendo válido sem uma assinatura.